

「サラヤニトリルグローブエクステンドブルー」 仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「サラヤニトリルグローブエクステンドブルー」につきまして、下記のとおり
個装箱の記載内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

なお、コード類、手袋の仕様および価格の変更はございません。

引き続き本製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象品目および出荷開始時期】

商品コード	商品名	出荷開始時期
50966	サラヤニトリルグローブエクステンドブルー200枚入XS	2023年11月中旬頃
50967	サラヤニトリルグローブエクステンドブルー200枚入S	2023年11月下旬頃
50968	サラヤニトリルグローブエクステンドブルー200枚入M	2023年12月中旬頃
50969	サラヤニトリルグローブエクステンドブルー200枚入L	2024年1月上旬頃

※出荷開始時期は目安であり、出荷倉庫によって時期が変動する可能性があります。

【変更内容】

- ◆ 個装箱側面のデザインの一部変更（手袋の写真追加、サイズ表の配置等）
- ◆ 個装箱裏面の英語表記の一部変更、英文でサラガード（製造場所）を追加
- ◆ 個装箱裏面にHACCPマークを追加

（次ページに続く）

側面

変更前（現行品）	変更後（新仕様品）																		
 <p>SARAYA ニトリルグローブ エクステンド Nitrile Glove Extend</p> <table border="1"> <tr> <th>Size/サイズ</th> <th>XS</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> </tr> <tr> <td>Minimum length(mm) 全長(mm)以上</td> <td></td> <td></td> <td>240</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Palm width(mm) ±5mm 掌幅(mm) ±5mm</td> <td>75</td> <td>85</td> <td>95</td> <td>105</td> <td>115</td> </tr> </table> <p>Single use only</p> <p>XS</p>	Size/サイズ	XS	S	M	L	XL	Minimum length(mm) 全長(mm)以上			240			Palm width(mm) ±5mm 掌幅(mm) ±5mm	75	85	95	105	115	 <p>SARAYA 200枚入 ブルー Blue ニトリルグローブ エクステンド Nitrile Glove Extend</p> <p>Nitrile Examination Gloves</p> <p>Personal Protective Equipment</p>
Size/サイズ	XS	S	M	L	XL														
Minimum length(mm) 全長(mm)以上			240																
Palm width(mm) ±5mm 掌幅(mm) ±5mm	75	85	95	105	115														
 <p>SARAYA ニトリルグローブ エクステンド Nitrile Glove Extend</p> <p>Single use only</p> <p>XS</p>	 <p>SARAYA 200枚入 ブルー Blue ニトリルグローブ エクステンド Nitrile Glove Extend</p> <table border="1"> <tr> <th>Size/サイズ</th> <th>XS</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> </tr> <tr> <td>Minimum length(mm) 全長(mm)以上</td> <td></td> <td></td> <td>240</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Palm width(mm) ±5mm 掌幅(mm) ±5mm</td> <td>75</td> <td>85</td> <td>95</td> <td>105</td> <td>115</td> </tr> </table> <p>Single use only</p>	Size/サイズ	XS	S	M	L	XL	Minimum length(mm) 全長(mm)以上			240			Palm width(mm) ±5mm 掌幅(mm) ±5mm	75	85	95	105	115
Size/サイズ	XS	S	M	L	XL														
Minimum length(mm) 全長(mm)以上			240																
Palm width(mm) ±5mm 掌幅(mm) ±5mm	75	85	95	105	115														
 <p>SARAYA ニトリルグローブ エクステンド Nitrile Glove Extend</p> <p>Nitrile Examination Gloves 200 gloves by weight Blue</p> <p>XS</p>	 <p>SARAYA 200枚入 ブルー Blue ニトリルグローブ エクステンド Nitrile Glove Extend</p> <p>一般医療機器 届出番号: 27B1X00120000202 食品衛生法適合品 (厚生省告示第370号)</p> <p>Nitrile Examination Gloves</p>																		
 <p>SARAYA ニトリルグローブ エクステンド Nitrile Glove Extend</p> <p>XS</p> <p>EXP DATE:YYYY-MM</p> <p>アタリ</p> <p>(00)00000000000000(00)YYMM00(00)YYMMXXXXXX</p> <p>Manufacture Date : YYYY-MM</p> <p>LOT NO. :BBL17EX</p>	 <p>SARAYA ニトリルグローブ エクステンド Nitrile Glove Extend ブルー Blue</p> <p>XS</p> <p>EXP DATE:YYYY-MM</p> <p>アタリ</p> <p>(00)00000000000000(00)YYMM00(00)YYMMXXXXXX</p> <p>Manufacture Date : YYYY-MM</p> <p>LOT NO. :BBL17EX</p>																		

(次ページに続く)

裏面

変更前（現行品）

For Medical Use
For Dentistry Use

[Identity Statement]

Powder-free / Examination / Latex-free / Dentistry / Disposable / Ambidextrous / Textured fingertips / Non-sterile

[Usage]

Use to protect cross-contamination during examination, caregiving and handling contaminated medical devices, except for surgery.

[Instructions]

Remove the top along the perforated line, take out gloves from the opening.

[Precautions]

Be careful of fingernails, knives and other sharp objects that may cause damage. Do not use if boxage or product is damaged, deformed, has pinholes or other defects. Do not use directly with strong chemicals and solvents. Avoid direct sunlight and artificial beam, and keep away from X-ray equipment after opening. Color variability does not affect quality. Stop use when there is itch, irritation or redness. Be careful of use afterwards. Change gloves for each patient to avoid cross-contamination.

[Storage]

1. **Storage:** Be careful of wetting, keep away from high temperature, moisture, direct sunlight, and UV ray such as fluorescent light.
2. **Expiration:** Expiration is printed on the boxage. (Barcode and EXP DATE on the short side)

[Box Size]

200 gloves by weight/box

2022年10月改定(第3版) 届出番号:27B1X00120000202
2021年12月改定(第2版)

医O3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000
歯科用手袋 JMDN70911000

サラヤニトリルグローブエクステンド 再使用禁止

[禁忌・禁止]再使用禁止

[形状・構造及び原理等]

本品は、アクリロニトリルブタジエンゴムを主材料とする。検査・検診用及び歯科用使い捨て手袋である。平手タイプの左右兼用であり、指先にエンボス加工が施されている。パウダー無し、未滅菌である。

[使用目的又は効果]

手術を除いた検査、検診、診察、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差汚染から守るために使用する。

[使用方法等]

個装箱のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出して装着する。

[使用上の注意]

- 爪先、刃物等、尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 薬品、溶剤等、強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。
- 開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
- 着色ムラがある場合でも、品質上の問題はない。
- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。又、その後の使用に際しては慎重を期すること。
- 感染防止のため患者ごとに新しいものに取り換えること。

[保管方法及び有効期間等]

1. **貯蔵・保管方法** 水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。
2. **使用期限** 使用の期限は包装に記載すること（側面バーコード、EXP DATE）。200枚/箱

[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等]

製造販売業者 **サラヤ株式会社**
所在地 大阪市東住吉区湯里2-2-8
お問い合わせ先 サラヤ株式会社 学術部
TEL:06-4706-3938
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

※添付文書はアプリ「添文ナビ」を起動の上、製品記載のGS1コードを読み取ってご覧ください。また、紙(A4サイズ)の形で必要な際は弊社までご連絡ください。



package version:10.2022

MADE IN CHINA



変更後（新仕様品）

For Medical Use
For Dentistry Use

[Features and Specs]

Powder-free / Latex-free / Disposable / Ambidextrous / Textured fingertips / Non-sterile

[Usage]

Use to protect cross-contamination during examination, caregiving and handling contaminated medical devices, except for surgery.

[Instructions]

Remove the top along the perforated line, take out gloves from the opening.

[Precautions]

Be careful of fingernails, knives and other sharp objects that may cause damage. Do not use if box or product is damaged, deformed, has pinholes or other defects. Do not use directly with strong chemicals and solvents. Avoid direct sunlight and artificial beam, and keep away from X-ray equipment after opening. Color variability does not affect quality. Stop use when there is itch, irritation or redness. Be careful of use afterwards. Change gloves for each patient to avoid cross-contamination.

[Storage]

1. **Storage:** Be careful of wetting, keep away from high temperature, moisture, direct sunlight, and UV ray such as fluorescent light.
2. **Expiration:** Expiration date is printed on the box. (Barcode and EXP DATE on the short side)

[Quantity]

200 gloves by weight/box

Manufactured at Yangzhou Saraguard Medical Supplies Co.,Ltd.

Standard workshop No.1, Phase I, Comprehensive Bonded Zone, No.9, Yangtze Jiangnan Road, Yangzhou City, Jiangsu

2022年10月改定(第3版) 届出番号:27B1X00120000202
2021年12月改定(第2版)

医O3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000
歯科用手袋 JMDN70911000

サラヤニトリルグローブエクステンド 再使用禁止

[禁忌・禁止]再使用禁止

[形状・構造及び原理等]

本品は、アクリロニトリルブタジエンゴムを主材料とする。検査・検診用及び歯科用使い捨て手袋である。平手タイプの左右兼用であり、指先にエンボス加工が施されている。パウダー無し、未滅菌である。

[使用目的又は効果]

手術を除いた検査、検診、診察、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差汚染から守るために使用する。

[使用方法等]

個装箱のミシン目を丁寧に切り取り、開封口より手袋を取り出して装着する。

[使用上の注意]

- 爪先、刃物等、尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 薬品、溶剤等、強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。
- 開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
- 着色ムラがある場合でも、品質上の問題はない。
- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。又、その後の使用に際しては慎重を期すること。
- 感染防止のため患者ごとに新しいものに取り換えること。

[保管方法及び有効期間等]

1. **貯蔵・保管方法** 水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。
2. **使用期限** 使用の期限は包装に記載すること（側面バーコード、EXP DATE）。200枚/箱

[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等]

製造販売業者 **サラヤ株式会社**
所在地 大阪市東住吉区湯里2-2-8
お問い合わせ先 サラヤ株式会社 学術部
TEL:06-4706-3938
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

※添付文書はアプリ「添文ナビ」を起動の上、製品記載のGS1コードを読み取ってご覧ください。又、紙(A4サイズ)の形で必要な際は弊社までご連絡ください。



package version:6.2023

MADE IN CHINA



以上