


商品名	和名	スクラベインS4%液	製造販売元	サラヤ株式会社	日本標準商品分類番号	872619																					
	洋名	ScrubeingS4%	薬価基準	対象外	承認年月日	2003年3月6日																					
禁忌	(次の場合には使用しないこと) クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある患者		薬効薬理	1.スクラベインS4%液のグラム陰性菌に対する殺菌力 ²⁾																							
組成・性状	1.組成： クロルヘキシジングルコン酸塩液を20vol%含有〔クロルヘキシジングルコン酸塩として4w/v%含有〕 添加物として ラウリルジメチルアミノオキシド、ラウリン酸ジエタノールアミド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、グリセリン、エタノール、アラントイン、パルミチン酸イソプロピル、pH調整剤、赤色102号を含有する。 2.性状： スクラベインS4%液は赤色澄明な粘稠性の液体で、特異なにおいがある。 pH：5.5～7.0、比重d ₂₀ ：1.045～1.065			<table><tr><th>供試菌</th><th>供試菌数CFU/mL</th><th>作用時間(秒)</th><th>スクラベインS4%液</th></tr><tr><td><i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15422</td><td>4.3×10⁹</td><td>60</td><td>—</td></tr><tr><td><i>Serratia marcescens</i> ATCC 14756</td><td>2.5×10⁸</td><td>60</td><td>—</td></tr><tr><td><i>Escherichia coli</i> ATCC 10536</td><td>7.3×10⁸</td><td>60</td><td>—</td></tr><tr><td><i>Salmonella choleraesuis</i> IFO 15335</td><td>4.9×10⁸</td><td>60</td><td>—</td></tr></table> (-)：死滅 (+)：増殖				供試菌	供試菌数CFU/mL	作用時間(秒)	スクラベインS4%液	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15422	4.3×10 ⁹	60	—	<i>Serratia marcescens</i> ATCC 14756	2.5×10 ⁸	60	—	<i>Escherichia coli</i> ATCC 10536	7.3×10 ⁸	60	—	<i>Salmonella choleraesuis</i> IFO 15335	4.9×10 ⁸	60	—
				供試菌	供試菌数CFU/mL	作用時間(秒)	スクラベインS4%液																				
				<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15422	4.3×10 ⁹	60	—																				
				<i>Serratia marcescens</i> ATCC 14756	2.5×10 ⁸	60	—																				
<i>Escherichia coli</i> ATCC 10536	7.3×10 ⁸	60	—																								
<i>Salmonella choleraesuis</i> IFO 15335	4.9×10 ⁸	60	—																								
2.スクラベインS4%液のグラム陽性菌に対する殺菌力 ²⁾																											
<table><tr><th>供試菌</th><th>供試菌数CFU/mL</th><th>作用時間(秒)</th><th>スクラベインS4%液</th></tr><tr><td><i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538</td><td>1.9×10⁹</td><td>60</td><td>—</td></tr><tr><td><i>Staphylococcus aureus</i> MRSA-1</td><td>2.2×10⁸</td><td>60</td><td>—</td></tr></table> (-)：死滅 (+)：増殖				供試菌	供試菌数CFU/mL	作用時間(秒)	スクラベインS4%液	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	1.9×10 ⁹	60	—	<i>Staphylococcus aureus</i> MRSA-1	2.2×10 ⁸	60	—												
供試菌	供試菌数CFU/mL	作用時間(秒)	スクラベインS4%液																								
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	1.9×10 ⁹	60	—																								
<i>Staphylococcus aureus</i> MRSA-1	2.2×10 ⁸	60	—																								
効能・効果	医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒。																										
用法・用量	1.術前、術後の術者の手指消毒の場合： 手指及び前腕部を水でぬらし、本剤約5mLを手掌にとり、1分間洗浄後、流水で洗い流し、更に本剤約5mLで2分間洗浄をくりかえし、同様に洗い流す。 2.1.以外の医療従事者の手指消毒の場合： 手指を水でぬらし、本剤約2.5mLを手掌にとり、1分間洗浄後、流水で洗い流す。																										
使用上の注意	1.慎重投与(次の場合には慎重に使用すること) 薬物過敏体質の者 2.重要な基本的注意 ショック、アナフィラキシー等の反応を予測するため、使用に際してはクロルヘキシジン製剤に対する過敏症の既往歴、薬物過敏体質の有無について十分な問診を行うこと。 3.副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 (1)重大な副作用 ショック(0.1%未満)、アナフィラキシー(頻度不明) ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので観察を十分に行い、血圧低下、蕁麻疹、呼吸困難等があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。 (2)その他の副作用 次のような副作用が認められた場合には使用を中止すること。		有効成分に関する理化学的知見	一般名：クロルヘキシジングルコン酸塩液 (Chlorhexidine Gluconate Solution) 化学名：2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide,N,N'-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-,di-D-gluconate 分子式：C ₂₂ H ₃₀ Cl ₂ N ₁₀ ・2C ₆ H ₁₂ O ₇ 分子量：897.76 構造式：  性状：クロルヘキシジングルコン酸塩液は、無色～微黄色の澄明な液で、においはなく、味は苦い。水又は酢酸(100)と混和する。本品1mLはエタノール(99.5)5mL以下又はアセトン3mL以下と混和するが、溶媒の量を増加するとき白濁する。光によって徐々に着色する。比重d ₂₀ ：1.06～1.07																							
	適用上は使用を中止すること。																										
	4.適用上の注意 (1)投与経路 手指消毒以外の目的には使用しないこと。 (2)使用時 1) 本剤の使用中に誤って眼に入らないように注意すること。 眼に入った場合には、直ちによく水洗すること。 2) 溶液の状態で長時間皮膚と接触させた場合に皮膚化学熱傷を起こしたとの報告があるので、注意すること。																										
	5.その他の注意 クロルヘキシジングルコン酸塩製剤の投与によりショック症状を起こした患者のうち数例について、血清中にクロルヘキシジンに特異なIgE抗体が検出されたとの報告がある ¹⁾ 。																										
			取扱い上の注意	〈注意〉(1)経口投与しないこと。誤飲した場合には、牛乳、生卵、ゼラチン等を用いて、胃洗浄を行うなど適切な処置を行う。(2)本剤は希釈せず、原液のまま使用すること。(3)本剤の付着した白布を次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系漂白剤で漂白すると、褐色のシミができることがある。漂白には過炭酸ナトリウム等の酸素系漂白剤が適当である。 〈安定性試験 ³⁾ 加速試験(40℃、相対湿度75%、6ヶ月)の結果、外観及び含量等は規格の範囲内であり、本製剤は通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された。																							
			包装	1L(ポンプ付),500mL(ポンプ付),500mL(つけかえ用)																							
			主要文献	1)大利隆行 ほか:アレルギー、 33 (9):707、1984。 2)サラヤ株式会社 バイオケミカル研究所 資料 3)サラヤ株式会社 バイオケミカル研究所 資料																							

■ ご使用の際は、電子添文をよくお読みください。

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	調剤包装単位コード
				販売包装単位コード (*****：有効期限 %%%％％％：製造番号)
スクラベインS4%液	500mLポンプ付	10	25011	(01)04987696100046
				(01)14987696250113 (17)***** (10)%%％％％％
	500mLつけかえ用	10	25012	(01)04987696100053
				(01)14987696250120 (17)***** (10)%%％％％％
	500mL角ポンプ付G	10	25014	(01)04987696100411
				(01)14987696250144 (17)***** (10)%%％％％％
	1Lポンプ付	10	25013	(01)04987696100060
				(01)14987696250106 (17)***** (10)%%％％％％

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年3月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
https://www.saraya.com/

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00～18:00)



SARAYA

商品の詳しい情報は
こちらから▶



手指用殺菌消毒剤

スクラベインS4%液

クロルヘキシジングルコン酸塩製剤

薬価基準対象外

Scrubeing S4%

日本標準商品分類番号 872619

注意

- **禁忌**（次の場合には使用しないこと）
クロルヘキシジン製剤に対し過敏症の既往歴のある者。



スクラビンS4%液

泡立ちをよくしたタイプ

特徴

- 術前・術後の医療従事者の手指消毒に使用いただけます
- クロルヘキシジングルコン酸塩を含有し、消毒後も殺菌効果が持続します
- グラム陽性菌・陰性菌に対して広範囲の抗菌スペクトルを示します
- 優しい泡立ちの界面活性剤と手肌をいたわる湿潤剤を配合しています
- 重大な副作用にショック、アナフィラキシーがあります

手術時手指消毒の手法（ツーステージ法）例

1 流水下で洗浄する

両腕の指先から肘関節の中枢側約5cmまでを流水下で洗浄する。

2 スクラビンS4%液を手のひらに取る

約5mL

1回目 1分間

両腕の指先から肘関節の中枢側約5cmまでを消毒する。

3 手のひら

4 手の甲

5 指の間

途中で上下の指を組みかえる。

6 指の背面

7 親指

8 指先

9 右手首から

10 右肘関節の中枢側約5cmまで*

11 左手首から

12 左肘関節の中枢側約5cmまで*

13 すすぎ

水が指先から肘方向にだけ流れるように行う。

14 スクラビンS4%液を手のひらに取る

約5mL

2回目 2分間

手順③～⑫に従って2分間消毒を行う。
*ただし、手順⑩、⑫は肘関節までとする。
その後、手順⑬に従ってすすぐ。

15 手拭き(滅菌タオル)

手指、手のひら、手の甲を拭く。

16 腕を拭き上げる

左手首に掛けて肘関節に向かって腕を拭き上げる。
タオル外側を引いて外し、捨てる。

17 反対の腕も同様に行う

18 手指消毒剤を手のひらに取る

約3mL

15秒間以上

両手の指先から手首までまんべんなく薬液を塗布する。

スクラビンS4%液は、100mL中にクロルヘキシジングルコン酸塩を4g含有し、洗浄剤と発泡剤を組み合わせた医療従事者のための手指用殺菌消毒剤です。

500mL

(ポンプ仕様)

付属ポンプ吐出量：約2.8mL/回

術前・術後の術者の場合 2回押し



スクラビンS4%液
500mLポンプ付




スクラビンS4%液
500mLつけかえ用

現在お使いの
ディスペンサーにも装着対応

施設内においてすでに設置されている「消毒液ディスペンサー」への装着にも対応しています。

詳しくは、弊社営業までお問い合わせください。

足踏式ディスペンサー HC-600に装着できます(1Lも装着可能) HC-600で使用する場合 (吐出量：約5mL/回)



※お使いの機種によってはスプレーなどが必要となります




スクラビンS4%液
500mL角ポンプ付G



環境
対応
減容容器



500mL角ポンプ付Gは
ノータッチ式ディスペンサー
GUD-1000-PHJ専用です



別売オプション品
ブラケットA型
別売オプション品
スプレーA型
別売オプション品
スプレーB型

ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJで使用する場合(吐出量：約2.5mL/回)は別売オプション品 ブラケットA型 1個とスプレーA型 1枚、スプレーB型 1枚が必要です

1L

(ポンプ仕様)

付属ポンプ吐出量：約2.8mL/回

術前・術後の術者の場合 2回押し



スクラビンS4%液
1Lポンプ付



環境
対応
減容容器



ノータッチ式ディスペンサー
GUD-1000-PHJに装着できます
別売オプション品 スプレーA型
1枚が必要です



足踏式
ディスペンサー
HC-8000に装着できます
(500mLも装着可能)



別売オプション品 壁付型ホルダー



高さを1,155～1,555mmの
範囲で簡単に調整できます

